FICHA DE DADOS

Sir Safety System S.p.A. unipessoal
Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

IVA e C· digo Fiscal
03359340548
Viale Europa 74
06081 Assis - Perugia - It§lia
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: BW CLIP 4 H2S/CO/O2/LEL	**C· digo: FG110014**	**FG11 EQUIP. EL£TRICOS DETETORES DE GĆS BW**

Descri- «o

O detetor de quatro gases BW Clip4 - Sulfureto de Hidrog®nio (H¦S), Mon· xido de Carbono (CO), Oxig®nio (O¦) e Gases Combust²veis (LEL) - ®pequeno e f§cil de usar, dur§vel e ergon· mico.
Uma vez ativado, o detetor BW Clip 4 permanece permanentemente ativo e garante um funcionamento cont²nuo durante 2 anos, sem necessidade de carregar ou substituir a bateria ou os sensores.
Ł Funcionamento f§cil com um bot«o.
Ł Ícones LCD intuitivos.
Ł Concentra- »es de g§s em tempo real apresentadas no ecr« LCD.
Ł Os indicadores vermelhos intermitentes de n«o-conformidade avisam o pessoal de que
o detetor n«o foi testado (Bump Test) conforme exigido.
Ł Teste autom§tico de integridade dos sensores, estado da bateria, integridade dos circuitos e dos alarmes sonoros/visuais efetuado diariamente.
Ł Inv· lucro de prote- «o contra choques integrado.
Ł Testado para resistir aos ambientes mais adversos.
Ł Dimens»es: 12,0 x 6,8 x3,2cm.
Ł Peso: 233 g.
Ł Tipos de alarme: Visual, vibrat· rio, sonoro (95 dB); Baixo, Alto, TWA, STEL, Fora de escala (OL).

Categoria	Cor	Tamanhos dispon²veis Feito por encomenda: U Em stock:
Quantidade Cart«o **1**	Conformidade com as normas europeias	Advert° ncias Conservar em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. Antes de cada utiliza- «o, verificar visualmente se o aparelho est§ em perfeitas condi- »es, n«o est§ danificado e est§ limpo; se n«o estiver danificado, substitu²-lo.
Destreza		Manuten- «o